

Teste de detectare a drogurilor in lichide biologice - kituri saliva

I.D.: 34249723

Data publicarii	04.02.19	Coduri CPV	33954000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.615,00 RON - 1.615,00 RON

Descriere: Kitul de testare cuprinde o caseta de testare si un cartus separat continând solutia de amortizare. Kitul de testare are o temperatura de depozitare între 4-30o C. Caseta de test contine urmatoarele parti: colector, benzi de analiza, cod de bare pentru identificarea substante stupefiante care urmeaza a fi testate si termenul de valabilitate al casetei. Kitul de testare este capabil sa detecteze urmatoarele substante la punctul analitic prezentat: - Cocaina 20 ng/mL; - Opiacee 20 ng/mL; - Amfetamina 50 ng/mL; - Metamfetamina 35 ng/mL; - ?9 THC (canabis) 5 ng/mL; - Benzodiazepina 15 ng/mL. În plus, este disponibil un kit de testare care include un test pentru Metadona (20 ng/ml). Caseta de test colecteaza aproximativ 290 ul de saliva; acest lucru dureaza aproximativ 70 s. Kitul de testare are avizul IVD. Durata totala medie de prelevare a probelor si analiza nu depaseste 10 minute. Kitul de testare permite determinarea tuturor substantelor stupefiante, altele în afara de ?9THC, dupa 5 minute. Caseta are un mecanism care permite depozitarea dupa colectarea salivei, timp de 4 ore înainte de testare, fara niciun fel de pierdere semnificativa a sensibilitatii (8 ore daca nu se efectueaza testul pentru ?9THC). Kiturile sunt compatibile cu analizorul de droguri in saliva Drager
