

## Alcooltest cu imprimanta

I.D.: 23009411

---

Data publicarii	09.10.17	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.10.17	Pretul estimativ:	5.460,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Alcooltest cu imprimanta Specificatii Indicatia BAC %. ( milmi) (concentratie 0.000- 0.500%. PE ECRANUL LCD alcool in sange) cu 3 zecimale Timp de incalzire de la 5 secunde la 2 minute Timp de raspuns pana la 10 secunde la 0.25mg/l Mustiucuri igienice ambalate individual Senzor electrochimic Aparat AL9010: doua baterii alcaline AAA de 1.5V Baterii Imprimanta: patru baterii alcaline AA de 1.5V si adaptor DC 7.5V/2.0A Greutate Dimensiuni (inaltime x latime x grosime) Conditii optima de temperature Acuratete Re-calibrare Indicatia BAC %. ( miimi ) (concentratie alcool in sange) cu 3 zecimale Timp de incalzire Timp de raspuns Mustiucuri Senzor Baterii Greutate Dimensiuni (inaltime x apos;Mime x grosime) Conditii optima de temperatura Acuratete Re-calibrare Tip: Portabil Parametrii masurati: · Alcoolemie Categorie aparat: Alcooltest electronic Aparat 100g (inclusiv baterii) Imprimanta: 300g (inclusiv baterii) Aparat 106 x 50 x 25 Imprimanta: 133 x 75 x 47 Utilizare: intro 10 si 40apos;C Depozitare: intre 0 si 50apos;C In concordanta cu standardul CE EN16280 La fiecare 500 de testari sau la 6 luni 0.000- 0.500%. PE ECRANUL LCD de la 5 secunde la 2 minute pana la 10 secunde la 0.25mg/l igienice ambalate individual electrochimic Aparat doua batonapos; alcaline AAA de 1.5V Imprimanta: patru baterii alcaline AA de 1.5V si adaptor DC 7.5V/2.0A Aparat 100g (inclusiv baterii) Imprimanta: 300g (inclusiv baterii) Aparat AL9010: 106 x 50 x 25 Imprimanta: 133 x 75 x 47 Utilizare: intro 10 si 40apos;apos;C Depozitare: intro 0 si 50°C In concordanta cu standardul CE EN16280 La fiecare 500 de testari sau la 6 luni

---