
TEST MARTOR STERILIZARE (INDICATOR CHIMIC STRIP INTEGRATOR ABUR)

I.D.: 48133947

Data publicarii 13.07.20

Coduri CPV

33696000-5

Pretul estimativ: 2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: Destinat monitorizarii ciclurilor cu abur 121-134 C; laminat pentru a evita imprastierea cernelii; culoarea se schimba de la albastru la negru; permite inregistrarea informatiilor: data , operator In conformitate cu standardul ISO 111401-1 Cutie 500 buc . Termen de valabilitate 5 ani de la data fabricatiei COMANDA PE SEAP ESTE FERMA TERMEN DE LIVRARE 3 ZILE LUCRATOARE PRODUSUL SA FIE INSOTIT DE DOCUMENTE DE CALITATE SI CONFORMITATE VALABILITATE MINIM 1 AN
