

Estimarea valorii contractului de furnizare "HOTA MICROBIOLOGICA CLASA A II" necesara Compartimentului de Microbiologie APA.

I.D.: 73608882

Data publicarii	30.09.22	Coduri CPV	33000000-0 38000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 04.10.22

Descriere: Consultarea pieței se organizează în vederea obținerii de informații relevante pentru determinarea valorii estimate a achiziției menționate mai sus. Specificatii tehnice produs: Utilizata pentru manipulările de microorganisme, bacterii, ciuperci, viruși și paraziți grupuri de risc 1si 2 • Izolarea și cultura probelor • Tehnici de microscopie si preparare a probelor • Suprafețele interioare din oțel inoxidabil • Geam electric glisant din sticlă securizată • Deschiderea > 200mm frontală • Filtru HEPA (EN 1822-1 și EN 13091: 1999 testat și certificat) • Cheie acționată. În caz de pană de curent, cabinetul să fie resetat la condițiile de lucru originale • Calibrare proprie efectuată când hota este pornita • afișarea vizuală a condițiilor de siguranță. Pre-avertizare înainte de condițiile reale de alarmă sunt atinse (alarme vizuale si acustice) • evacuare și recirculare debitele 25 schimburi de aer / min în zona de lucru (30% 70% divizat) • Bariera frontală viteză a aerului $\geq 0.5\text{m} / \text{sec}$ • Intensitatea luminii pe suprafața de lucru > 900 lux • Nivel de zgomot $\leq 56\text{ dB (A)}$ 1.2mt Model (ISO 11201, ISO 4871 și ISO EN 3744 testate și certificate) • 230V, 50Hz
