
TESTE CLOSTRIDIUM DIFFICILE DEPISTARE TOXINA A/B SI A ENZIMEI GDH=MICROBIOLOGIE UPU SEPT. 2024

I.D.: 102154534

Data publicarii 29.08.24 Coduri CPV 33694000-1 33141625-7

Pretul estimativ: 1.815,00 RON - 1.815,00 RON

Descriere: TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.
