

---

## Control A Thrombolyzer

I.D.: 80937525

---

Data publicarii	12.04.23	Coduri CPV	33696200-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	670,00 RON - 670,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Continut: 5 x 1 mL Probus cu marcaj CE. Plasmă de control umană patologică. Pentru controlul calității în intervalul patologic pentru testele (PT/ aPTT/TT/ Fibrinogen) și pentru determinarea factorilor de coagulare ca interfața între activitatea normală și patologică de coagulare. Producator: Technoclone, Austria

---