



Indicatori/indicator biologic abur cu mediu de cultura inclus -G. stearothermophilus ATCC 7953

I.D.: 43212626

Data
publicarii

11.06.19

Coduri CPV

33198200-6

Pretul
estimativ:

970,00 RON - 970,00 RON

Descriere: ACHIZITIA DIN SICAP TINE LOC DE COMANDA FERMA Descriere: Indicatori biologici Bacillus Stearothermophilus, fiole, sterilizare cu abur 121 C - 134 C. Indicatori biologici Bionova au fost special conceputi pentru a controla ciclurile de sterilizare cu abur. Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, populatie log 6;; Schimbarea culorii se face din roz la maro, incubare la 60 ± 2 ° C. Timpul de citire 24 h. Ambalare: 50 buc/cutie