

## Furnizare echipamente de protectie/ materiale sanitare

I.D.: 52019354

---

Data publicarii	27.11.20	Coduri CPV	35113200-1 33199000-1 18443500-1 33169400-6 33140000-3 33735100-2 33141420-0
-----------------	----------	------------	---

---

Pretul estimativ: 15.000,00 RON -  
60.000,00 RON  
125.000,00 RON -  
500.000,00 RON  
750,00 RON - 3.000,00  
RON  
1.800,00 RON -  
7.200,00 RON  
2.500,00 RON -  
10.000,00 RON  
900,00 RON - 3.600,00  
RON  
250,00 RON - 1.000,00  
RON  
280,00 RON - 1.120,00  
RON  
15.000,00 RON -  
60.000,00 RON  
3.000,00 RON -  
12.000,00 RON  
7.500,00 RON -  
30.000,00 RON  
4.000,00 RON -  
16.000,00 RON  
10.000,00 RON -  
40.000,00 RON

---

Descriere: 5. Lot 5. Halate de unica folosinta, Lot 5 : HALATE DE UNICA FOLOSINTA Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 1000 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 4000 buc. Descriere: Halate nesterile pentru procedurile de diagnosticare sau pentru vizitatori in spitale, de unica folosinta, din material netesut, cu croiala larga ce permite acoperirea pieptului, trunchiului, coapselor, avand o lungime pana aproape de genunchi, prevazut cu mansete elastice la maneci pentru o mai buna fixare si etansare si cordon pentru fixarea ferma a halatului peste haine, protejeaza impotriva contaminarii, marime universala. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului oferat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR.. 11. Lot 11. Sistem de recoltare si mediu transport viral, Lot 11 : KIT-uri (SETURI) DE RECOLTARE SI MEDIU TRANSPORT Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 5000 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 20.000 buc. Descriere: Kit/set de recoltare si mediu transport viral – kit de recoltare si transport pentru virusuri, inclusiv virusul Covid 19; kit-ul trebuie sa contina 2 tampoane/bete-swab pentru recoltare nazofaringiana si orofaringiana si un flacon cu 2-3 ml mediu de transport. Tampoanele trebuie fie sterile, din Dacron sau polyester, sa aiba punct de rupere marcat pe tija si grosime maxima de 2,5 mm. Kit-ul de recoltare si transport probe biologice trebuie sa aiba urmatorul continut: - 1 tampon de recolta exsudat naso-faringian care sa prezinte tija efilata spre varf si o incizura spre capatul de prindere, pentru a fi rupt cu usurinta; - 1 tampon de recolta exsudat oro-faringian; - 1 flacon cu 2-3 ml mediu de transport ce are in compozitie antibiotice si antifungice pentru prezervare virusuri. Varful tampoanelor trebuie sa fie din vascoza.

Tampoanele trebuie sa fie tip flack. Cele 3 componente ale kit-ului trebuie sa fie intr-un singur ambalaj sigilat. Tubul trebuie sa aiba eticheta pe care se inscripioneaza numele pacientului si data recoltarii. Mediul de transport viral trebuie sa aiba o formula ce asigura colectarea, transportul si stocarea pe termen lung a virusurilor, fara a afecta valabilitatea si virulenta probei virale, conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Stabilitatea probei in mediul de transport trebuie sa fie de aproximativ 48 ore la temperatura mediului ambiant, respectiv de pana la 72 ore la temperatura de 2-8°C..

7. Lot 7. Ochelari de protectie, Lot 7 : OCHELARI DE PROTECTIE Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 30 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 120 buc. Descriere: ochelari de protectie, protectia oculara impotriva contaminarii, rama din nailon si protectoare laterale rama; trebuie sa poate fi dezinfectati. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului oferat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR..

13. Lot 13. Cutii transport probe biologice categoria B, Lot 13: CUTII TRANSPORT PROBE BIOLOGICE CATEGORIA B, UN 3373 Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 40 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 160 buc. Descriere: Cutii transport probe biologice categoria B, UN 3373, dimensiuni aproximative 120,00 x 120,00 x 180,00 mm. In interiorul cutiei de carton exista o cutie cilindrica din PVC cu capac infiletat si un alt capac interior pentru etanseitate; in interiorul cutiei cilindrice trebuie sa fie un saculet din material textil. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului oferat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR..

12. Lot 12. Bete/tampon/swab nazofaringean, Lot 12 : BETE/TAMPOANE/SWAB NAZOFARINGIAN Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 1000 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 4000 buc. Descriere: Bete/Tampoane/swab nazofaringian pentru recoltarea exsudatului nazofaringian, steril, din Dacron sau polyester/vascoza in vederea efectuarii recoltarilor probelor biologice pentru determinarea infectarii pacientilor cu virusul COVID 19. Tamponul nazofaringian trebuie sa aiba punct de rupere marcat pe tija si grosime diferita de la varf mai subtire spre margine mai gros pentru prindere. Tamponul trebuie sa fie tip flack..

10. Lot 10. Viziere medicale de protectie, Lot 10 : VIZIERE MEDICALA DE PROTECTIE, CU ECRAN TRANSPARENT Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 60 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 240 buc. Descriere: Viziere - scut de protectie impotriva bolilor contagioase, protejeaza fata impotriva stropilor, transparente, usoare si rezistente; vizeta confectionata din material polipropilena, antiaburire, dubla folie autoadeziva de protectie antizgarietura, mod de prindere elastic, prevazuta cu burete de protectie in zona fruntii; stratul de burete trebuie sa se lipeasca pe frunte, astfel incat sa nu patrunda stropi in zona fetei. Vizeta trebuie sa aiba dimensiunile astfel incat sa se poata acoperi atat ochelarii de protectie, cat si masca de protectie. Viziera trebuie sa poate fi dezinfectata. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului oferat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR..

8. Lot 8. Botosei de unica folosinta, Lot 8 : BOTOSEI DE UNICA FOLOSINTA Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 500 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 2.000 buc. Descriere: Botosei de unica folosinta - acoperitori incaltaminte de unica folosinta, pentru personal medical, fabricati din polipropilena, prevazuti cu elastic circular in perimetru, rezistentă superioară la trafic, cu amprenta antialunecare, protejeaza impotriva contaminarii si mentin un inalt nivel de curatenie. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului oferat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR..

6. Lot 6. Capeline/Bonete, Lot 6 : CAPELINE/BONETE Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 700 de bucati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 2800 buc. Descriere: Capeline / bonete bufante de unica folosinta pentru personalul medical, pentru protectie cap, din polipropilena, material netesut, cu elastic pentru a se fixa in jurul fetei, trebuie asigure o buna permeabilitate a aerului. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator.

Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului ofertat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR.. 1. Lot 1. Manusi de Unica folosinta de examinare, uz medical, LOT 1 : MANUSI DE UNICA FOLOSINTA Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 10.000 de bucati , cantitatea maxima pentru o perioada de 4 luni este de 40.000 bucutai  
Descriere: Manusi de unica folosinta, de examinare, uz medical - manusi de unica folosinta, de examinare, folosite pentru uz medical, din latex, usor pudrate, rezistente la elongatii, non-alergice; marimi S, M, L. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului ofertat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR.. 2. Lot 2. Masti medicale de protectie simple, LOT 2 : MASTI MEDICALE DE PROTECTIE, SIMPLE Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 5000 de bucati , cantitatea maxima pentru o perioada de 4 luni este de 20.000 bucutai  
Descriere: Masti medicale de protectie, simple - dispozitiv medical de protectie, de unica folosinta, pentru fata cu 3 pliuri/straturi, prindere cu elastic dupa ureche. Cele 3 straturi au caracteristicile: - 1 strat exterior netesut (100% polipropilena); - al 2-lea strat de mijloc - material de filtrare; - al 3 -lea strat interior netesut (100% polipropilena). Mastile vor avea insertie flexibila din aluminiu, acoperit cu PVC pentru fixare pe forma nasului si a fetei, marime universala pentru adulti. Mastile trebuie sa asigure protectie sporita de minim 98% impotriva transmiterii de fluide corporale, microorganismelor, inclusiv a virusurilor, sa permita circulatia aerului, sa asigure o respiratie normala, non-iritant, fara miros, fara latex, fara fibra de sticla. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului ofertat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR.. 9. Lot 9. Combinezoane protectie anti virala, Lot 9 : COMBINEZOANE PROTECTIE ANTI-VIRALA Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 100 de bucuati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 400 buc. Descriere: combinezon din propilena din 3 straturi, respirabil si confortabil, impermeabil prevazut cu elastic la incheieturile mainilor si a gleznelor, elastic in talie, inchidere cu fermoar ascuns; combinezoanele vor fi prevazute cu gluga cu banda elastica ce acopera parul si urechile; banda elastica la maneca si picioare, banda elastica in jurul taliei pentru o fixare mai buna pe corp, inchidere de tip fermoar. Combinezoanele vor fi conform standardelor specifice cerintelor si metodelor de test pentru imbracamintea de protectie de uz limitat ce ofera protectie impotriva pericolelor biologice, agentilor infectiosi. Marimea: M, L, XL Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului ofertat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR.. 3. Lot 3. Masti medicale de protectie FFP2, LOT 3 : MASTI MEDICALE DE PROTECTIE FFP2 Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 500 de bucati, cantitatea maxima pentru o perioada de 4 luni este de 2000 bucati. Descriere: Masti medicale de protectie faciala FFP2 sau KN95 - masti pliabile cu filtru HEPA, cu mediu de filtrare din polipropilena, cu straturi interne si externe din material netesut din polipropilena, sistem de fixare - lamela nazala pe forma nasului si a fetei, marime universala pentru adulti, prindere cu elastic dupa ureche; mastile trebuie sa asigure protectie împotriva aerosolilor solizi și lichizi, protectie contra virusilor, calotă interioară din poliester alb, stratul exterior din polipropilen, eficiență filtrare: ≥ 94%. Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului ofertat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR.. 4. Lot 4. Masti medicale de protectie FFP3, Lot 4 : MASTI MEDICALE DE PROTECTIE FFP3 Cantitatea minima necesara pentru o perioada de o luna este de 100 de bucuati , cantitatea maxima necesara pentru o perioada de 4 luni este de 400 buc. Descriere: masti de protectie faciala netesute, cu Supapa FFP3, filtru HEPA si supapă respiratorie cu două benzi de cauciuc pentru aderenta si etansare, prevazuta cu lamela de metal pentru a se adapta la septul nazal, inalt nivel de protectie - peste 95% din particule; prindere cu elastic dupa ureche; Ofertantul va prezenta declaratie de conformitate CE emisa de un organism acreditat CE in limba romana, Certificat de calitate, fisa tehnica, in limba romana, a produsului emisa de producator. Dispozitivele medicale trebuie sa fie detina aviz de functionare ANMDMR unde figureaza producatorul produsului ofertat. Ambalarea si etichetarea va fi conform standardelor ANMDMR..

