
Indicator clasa 6 pentru sterilizare la abur la 134gr.C -3,5 min si 121 gr.C -15 min .

I.D.: 44131500

Data publicarii	02.10.19	Coduri CPV	33141000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 560,00 RON - 560,00 RON

Descriere: Indicatorul clasa 6 pentru sterilizarea la abur la 134 gr. C -3.5 min si 121 gr. C -15 min este conceput pentru monitorizarea eficientei intregului ciclu de sterilizare .Testul indicator este sensibil la cei trei parametrii esentiali ai sterilizarii Timp -Abur-Temperatura .Indicatorul isi schimba culoarea de la galben la albastru /purpuriu dupa expunerea la abur .Dimensiune test :143mmx22 mm;Ambalare :100 buc./cut ;Valabilitate 36 de luni dupa data fabricatiei ; Producator: STERIS CORPORATION / BROWNE - ANGLIA Valabilitate 24 luni de data livrarii
