

Aslo

I.D.: 55267151

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.03.21 | Coduri CPV | 33141625-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 66,80 RON - 66,80 RON

Descriere: COMPOZITIE A.Reactiv . Suspensie de particule de latex alb acoperite cu streptolizina O, azida de sodiu 0.95 g/l. C.-Control negativ : Ser continand ASLO <200 UI/ml C+.Control pozitiv: Ser uman continand ASLO>200 UI/ml Carduri test (observatia 1). Betisoare pentru amestecare. De unica folosinta ECHIPAMENT ADITIONAL Agitator mecanic ajustabil la 100 rpm. PROBA Ser recoltat prin proceduri standard CARACTERISTICILE METODEI

• Detectabilitate: 200 UI/ml ASLO, utilizand un standard intern trasabil la Biological Reference Material BCR 97/662(National Institute for Biological Standards and Control, UK). Valoarea de granita(cut-off value) poate varia cu pana la 25% depinzand de variatiile incontrolabile ale procedurii si de experienta de citire a operatorului. • Efect de imprastiere(concentratie ridicata): valorile fals negative datorate efectului de concentratie ridicata sunt absente cel putin pana la 800 UI/ml. • Rezultate false:rezultatele obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente semnificative prin comparatie cu reactivi de referinta. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. • Interferente: hemoglobina (5 g/l), bilirubina (15 mg/dl), factorul reumatoid (300 UI/ml) si lipemia (5 g/l) nu interfera. Alte medicamente si substante pot interfepla.
