
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B (MATERII FECALE)

I.D.: 58293655

Data
publicarii 25.06.21

Coduri CPV

33141625-7

Pretul
estimativ: 3.000,00 RON - 3.000,00 RON

Descriere: TEST IMUNOCROMATOGRFIC- CASETA , TRUSA CCONTINE: 20 CASETE+ 20 SISTEME DE
RECOLTARE MATERII FECALE +DILUENT PROBA control pozitiv - SE LUCREAZA DIN MATERII
FECAL - PRODUCATOR CERTEST -SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile
limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile Toxin A+B sunt 2ng/mL pentru Toxin A si
0,63ng/mL pentru Toxin B. PREZENTA TINE LOC DE COMANDA NECESAR LABORATOR SPITAL
