

achizitie truse de diagnosticare

I.D.: 22029600

Data publicarii	28.08.17	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.08.17	Pretul estimativ:	8.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Kit ELISA Zearalenona 96 godeuri Sa prezinte protocol de lucru separat pentru fiecare din urmatoarele matrici cereale si furaje , produse de panificatie, ulei. Limita de detectie pe matrici sa atinga (factor de corectie inclus): cereale/furaje minim 1750 ppt, bere 250ppt. Specificitate: stabilita prin reactii încruciate:zearalenona 100 %, a zearalenol~41.6%, zeranol ~27.7%. Factor de recuperare:minim 80%. Curba de calibrare: 0-4050 ppt. Kit-ul sa contina toti reactivii- solutii gata de utilizare. Va fi însoțit de certificate de calitate producator kit 1 Kit ELISA Deoxinivalenol 96 godeuri Sa prezinte protocol de lucru separat pentru fiecare din urmatoarele matrici: cereale si furaje, produse de panificatie, bere, must. Limita de detectie (sa fie joasa pentru a citi pe curba produse destinate copiilor): aprox 20 ppb-factor de corectie inclus; Specificitate, stabilita prin reactii încruciate: Deoxinivalenol 100% 15 acetildeoxinivalenol ~20 %. Factor de recuperare intre 85-110%. Timp de incubare total de maxim 50 minute Kit-ul sa contina toti reactivii/ solutii gata de utilizare. kit 1
