

REACTIVI UTS

I.D.: 89888827

Data publicarii	22.11.23	Coduri CPV	33696100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.450,00 RON - 2.450,00 RON

Descriere: Varf pipeta dedicat seriei ID Diamed., Cartela din plastic sigilata, are sase coloane ce contin suspensii de gel cu ser antiglobulinic polispecific AHG (antiIgG policlonal de iepure si anti-C3d monoclonal - linia celulara: C139-9) pentru Teste Coombs, in configuratia (sase teste): 6 x AHG Utilizata pentru realizarea Testului Coombs Direct, a Testului Coombs Indirect pentru depistarea sau identificarea anticorpilor iregulari, pentru tetele de compatibilitate transfuzionala, pentru confirmarea variantelor Rh(D), precum si pentru depistarea diferitelor antigene eritrocitare din alte sisteme eritrocitare cu seruri policlonale validate pe cartelele de aglutinare in coloana de gel, compatibile cu aparatura aflata in dotare (sau echivalent). Principiul tehnicii de lucru aglutinarea hematiilor in coloana de gel ce contine reactivul specific testului, pe parcursul unei centrifugari standardizate. Marcaj CE. Se vor prezenta instructiunile originale de utilizare ale producatorului, insotite de traducerea in limba romana si cretificatul de calitate al unui lot de productie Unitatea de masura/ Ambalare: 1 cutie x 48 cartele, Solutie LISS modificata, cu putere ionica scazuta, pentru tehnica de aglutinare in coloana de gel cu reactivi tip cartele, compatibile cu echipamentul aflat in dotare (sau echivalent). Utilizata pentru dilutia standardizata a hematiilor de testat, folosite pentru determinarea grupului sanguin, a fenotipului REFERAT 14532/20.11.2023 ,
