
Piese de schimb compatibile pentru instalatia de distributie a fluidelor medicale cu terminale de fabricatie Sielbermann

I.D.: 62342815

Documente participare:

- **Formulare AD produse.docx**

Data publicarii	26.10.21	Coduri CPV	33100000-1 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 28.10.21

Descriere: sistem de umidificare O2 (compus din debitmetru si barbotor cu cupla DIN: debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului intre 0 si 15 litri/min, conector cu filet pentru debitmetru 9/16; cupla pentru conectarea rapida la priza de oxigen standard DIN; compatibil cu prize de oxigen model Sielbermann; barbotor 0,5 litri cu capac metalic, autoclavabil). Rugam ca oferta sa contina propunere financiara, propunere tehnica (completate conform formularelor atasate) , garantia produsului si termenul de livrare. Oferta de pret trebuie sa fie semnata si stampilata si sa fie insotita de Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii. In anexa avizului trebuie sa se regaseasca producatorul declarat in tabelul detalii producator
