
MATERIALE U.F.

I.D.: 100620613

Data publicarii	26.07.24	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.586,00 RON - 3.586,00 RON

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC ABUR FIOLA CITIRE 20 MINUTE Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 132-134 C Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 20 minute la 60 C, in incubator smart cu autocitare, prin metoda fluorescentei, fara a fi nevoie de conditii de laborator. In timpul de incubare de 20 minute la temperatura de 60 C; TEST DE STERILIZARE CHIMIC PENTRU MONITORIZAREA ZILNICA A STERILIZATOARELOR CU ABUR LA O TEMPERATURA DE 134°C SI 137°C. ESTE FOLOSIT PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR DE AER. TESTEAZA PENETRAREA CORECTA A ABURULUI IN TIMPUL STERILIZARII. TESTELE SUNT GATA DE UTILIZARE. PREVAZUT CU INDICATOR DE PROCES (ARATA CAND AMBALAJUL A FOST FOLOSIT) PE ETICHETA AMBALAJULUI. PE FIECARE PACHET SUNT TIPARITE: LOTUL, DATA FABRICATIEI SI A EXPIRARII, DECLARATIE DE CONFORMITATE SI ISO 11140-4. AMBALARE 20 TESTE BOWIE DICK / CUTIE. Rola plata pentru impachetat instrumentar, diverse materiale in vederea sterilizarii cu urmatoarele caracteristici: - Pliabilitate excelenta - Rezistenta mecanica foarte mare - Bariera microbiana in conformitate cu EN- ISO 11607-1/-2 si UNI EN 868 Compozitie: - Hartie medicala min 60 gr testata si validate in conformiatte cu standardul EN 868-4, material laminat de min 12 microni din polyester si min 40 microni polipropilena - Indicatori de process pentru abur si gaz de sterilizare EO in conformitate cu directiva ISO11140-1
