

---

## **CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A+B + GDH , 20 CASETE- CERTEST CONTROL POZITIV**

I.D.: 66410907

---

Data publicarii 16.02.22

Coduri CPV

33141625-7

---

Pretul estimativ: 700,00 RON - 700,00 RON

---

Descriere: TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH ) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.

---