



Rpr Carbon

I.D.: 42403239

Data publicarii	12.04.19	Coduri CPV	33141625-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 43,63 RON - 43,63 RON

Descriere: CONTINUT COD 36001 COD 36002 A. Reactiv 1 x 2.2 ml 1 x 8 ml C-.Control negativ 1 x 1 ml 1 x 1 ml C+.Control pozitiv 1 x 1 ml 1 x 1 ml Carduri test (cu slide-uri) 10 50 Betisoare amestecatoare 1 x 100 1 x 500 Sticluta pipetare 1 2 Ac pipetare 1 2 COMPOZITIE A.Reactiv .Suspensie stabilizata de lipide si carbon, azida de sodiu 0.95 g/l. C-.Control negativ : Ser , azida de sodiu 0.95 g/l. C+.Control pozitiv: Ser reactiv impotriva antigenelor nontreponemice, azida de sodiu 0.95 g/l. Carduri test Betisoare pentru amestecare. De unica folosinta. Flacon pipetare. Ac pipetare. ECHIPAMENT ADITIONAL Agitator mecanic ajustabil la 100 rpm. PROBA Ser sau plasma recoltate prin proceduri standard CARACTERISTICILE METODEI •Sensibilitate analitica: echivalenta cu aceea observata cand se utilizeaza „serul uman de referinta pentru teste nontreponemice”(cod BS1505) (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta, GA, USA. •Rezultate false: rezultatele obtinute cu acest reactiv au indicat mai putin de 0.5 % probe false din probele de RPR pozitive si negative pentru testele treponemice, de unde rezulta o specificitate mai mare de 99.9% la persoanele sanatoase. Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. •Interferente: hemoglobina (20 g/l) si bilirubina (10 mg/dl) nu interferă.Factorul reumatoid (75 UI/ml) si lipemia (trigliceride 2.5 g/l) interferă..Alte medicamente si substante pot interfera 2. PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA!