

---

## Teste cu indicator pentru sterilizatorul cu plasma

I.D.: 66382595

---

Data publicarii	14.02.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 230,00 RON - 230,00 RON

---

Descriere: Teste cu indicator pentru sterilizatorul cu plasma: fasii din hartie tiparite cu cerneala indicatoare ptr procesul de sterilizare cu Peroxid de Hidrogen (H2O2 evaporat) , modificari de culoare de la albastru la verde, dimensiuni 105 x 18 mm, ambalaj cutie x 250 sau 500 buc,, conform cu standardul EN-ISO 11140-1 clasa 4. Pe ambalaj sa fie mentionate:marcaj CE, nr. lot, data producerii, data expirarii, termenul de valabilitate minim 3 ani de la data livarari

---