
Calibrare microscop Nikon E200; SN:615443

I.D.: 100961592

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 31.07.24 | Coduri CPV | 50421000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 320,00 RON - 320,00 RON

Descriere: Calibrare microscop Nikon E200; SN:615443 Proceduri de mentenanta preventiva conform urmatoarelor: - Inspectie vizuala: Sisteme de culisare, pozitie condensator, Sursa de lumina, masa de lucru, sistem de prindere/manipulare specimen, verificare oculare/traiect optic - Verificarea conditiilor de instalare/ utilizare privind amplasarea echipamentului - Teste de electrosecuritate conform standard IEC 61010-1 - Verificari electrice - Verificari mecanice: verificarea sistemului de macrovizare, verificarea sistemului de microvizare, verificare masa de lucru axa X/Y, verificare suport de manipulare specimen, verificare turela de obiective, verificare sistem cap binocular de ajustare distanta intrapupilara - Calibrare: calibrarea traiectului optic, calibrarea sistemului de iluminare Kohler, calibrare contrast de faza, calibrarea si ajustarea ocularelor in functie de dioptrii, calibrarea filtrelor de contrast, calibrare sistem cap binocular de ajustare distanta intrapupilara, calibrare apertura condensator, calibrare camera prelevare imagini Costurile aferente deplasarii echipei de service la sediul dumneavoastra sunt incluse in oferta daca interventia are loc la o data stabilita de comun acord. Daca se doreste interventie la o data preferentiala, se va achita o taxa suplimentara de 1000 RON. Pretul pieselor de schimb nu este inclus. In urma prestarii serviciilor de service si mentenanta, se va emite un proces verbal cu activitatile efectuate si conditia de functionare a echipamente
