

Piese de schimb pentru echipamentul medical radiologic Swissray ddR Chest Systems

I.D.: 45174403

Data publicarii 01.04.20 Coduri CPV 33100000-1 34913000-0

Termenul limita
pentru
depunere: 03.04.20

Descriere: pannel PC pentru echipamentul medical radiologic ddR Chest System Swissray. Piesele de schimb trebuie sa fie originale sau compatibile cu echipamentul medical. Compatibilitatea trebuie demonstrata cu o declaratie de conformitate. Piesele de schimb vor fi transmise la magazia unitatii (mentionata in comanda) in ambalaj original, iar codul produsului in scris sa fie cel ofertat. Operatorii economici interesati trebuie sa detina Autorizatie CNCAN de manipulare valabila pentru echipamentul medical mai sus mentionat.
