

---

## **REPARATIE PRELEVATOR AER TECORA ISOSTACK SI PRELEVATOR AER ECHO OM**

I.D.: 69070219

---

Data publicarii	10.05.22	Coduri CPV	50800000-3 50410000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	500,00 RON - 500,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: PREZENTA ACHIZITIE TINE LOC DE COMANDA. REPARATIE Prelevator aer Tecora Isostack Basic, s/n: 906778 PT Nr. 422SB/06.05.2022 In urma verificarii aparatului Dvs. am constatat ca pentru remediere este necesara efectuarea urmatoarelor operatii: - Verificare functionare subansamblu motor-pompa - Verificare stare furtune si refacere etanseitate conexiuni - Verificare si refacere conexiuni electrice - Verificare si corectare setari de configurare - Efectuare „test leakage“ - Efectuare probe de prelevare ambientala la diferite debite setate. REPARATIE Prelevator aer ECHO PM, s/n: E0342028 Nr. 423SB/06.05.2022 In urma verificarii aparatului Dvs. am constatat ca pentru remediere este necesara efectuarea urmatoarelor operatii: Verificare alimentare subansamblu mptor-pompa - Verificare conexiuni electrice - Verificare si corectare setari de configurare si de lucru - Verificare functionare ventilator incinta - Efectuare probe de prelevare ambientala la diferite debite setate

---