
Intretinere si serviceAngiograf Allura Clarity si RMN Ingenia 3T

I.D.: 69578022

Data publicarii	26.05.22	Coduri CPV	50421000-2 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	16.708,50 RON - 16.708,50 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Intretinere si service „Aparatura medicala” a. Mentenanta Corectiva (CM) □ Timpi de raspuns: • Se intervine in maxim 4 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea si repararea echipamentului; □ identificarea defectiunilor care genereaza erorile de functionare; □ inlaturarea defectiunilor minore, daca este posibil si nu sunt necesare piese de schimb; □ identificarea pieselor defecte in scopul inlocuirii, daca este posibil; • Se intervine in maxim 48 ore, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea echipamentului b. Mentenanta Preventiva (PM) □ Interventie care se efectueaza la sediul Beneficiarului pentru intretinerea generala preventiva si obligatorie. Aceasta se realizeaza in concordanta cu instructiunile din manualele de service ale echipamentelor medicale; □ Interventie de Mentenanta Preventiva (revizie tehnica) anuala obligatorie, conform specificatiilor producatorului si legislatiei in vigoare: 2 revizii anuale atat pentru RMN Philips cat si pentru Angiograf Philips. c. Piese de schimb □ Piese defecte nu sunt incluse in contract; □ Nu este inclus Helium Lichid, atat consumat pe durata functionarii normale a echipamentului cat si cel pierdut cu ocazia unui eveniment de tip Quench, indiferent de cauzele acestuia. □ Componentele vor fi reparate sau inlocuite, dupa caz; □ In cazul in care se constata ca unele piese sunt defecte, acestea vor fi specificate in raportul de service iar apoi oferite catre Beneficiar; □ Piese gasite def
