

---

## **Indicatori/indicator biologic abur cu mediu de cultura inclus -G. stearothermophilus ATCC 7953**

I.D.: 47420224

---

Data publicarii	19.06.20	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.300,00 RON - 1.300,00 RON

---

Descriere: Descriere: Indicatori biologici Bacillus Stearothermophilus, fiole, sterilizare cu abur 121 C - 134 C. Indicatori biologici Bionova au fost special conceputi pentru a controla ciclurile de sterilizare cu abur. Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, populatie log 6;; Schimbarea culorii se face din roz la maro, incubare la  $60 \pm 2$  ° C. Timpul de citire 24 h. Ambalare: 50 buc/cutie

---