

---

## Mediu Lowenstein Jensen linia I si linia a II a

I.D.: 44319023

---

Data publicarii	18.11.19	Coduri CPV	33698100-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 93.000,00 RON - 93.000,00 RON

---

Descriere: UTILIZARE: testarea sensibilității M.tuberculosis la substanțele anti-tuberculoase de linia întâi și linia a doua prin metoda proporțiilor. COMPOZITIE: L-asparagină 3,6 gr; fosfat monopotasnic 2,4 gr; sulfat de magneziu 0,24 gr; citrat de magneziu 0,6 gr; amidon de cartofi 30 gr (optional); verde malachit 0,4 gr; glicerină 12 ml; apă distilată 600 ml; adaos de 1000 ml de omogenat de ouă întregi de găină; pH-ul mediului: 7,0 ( $\pm 0,2$ ). PREZENTARE: cutie cu 20 tuburi ( 4 tuburi Mediu Lowenstein-Jensen pentru control, 2 tuburi cu Isoniazidă 0,2  $\mu\text{g/ml}$ , 2 tuburi cu Rifampicină 40  $\mu\text{g/ml}$ , 2 tuburi cu Kanamicină 30  $\mu\text{g/ml}$ , 2 tuburi cu Streptomycină 4  $\mu\text{g/ml}$ , 2 tuburi cu Etambutol 2  $\mu\text{g/ml}$ , 2 tuburi cu Amikacină 30  $\mu\text{g/ml}$ , 2 tuburi cu Capreomicină 40  $\mu\text{g/ml}$  și 2 tuburi cu Ofloxacină 2  $\mu\text{g/ml}$ ). VALABILITATE PRODUS: 6 luni de la data preparării. Fiecare lot este însoțit de certificat de calitate și declarație de conformitate. Livrarea se face pe baza de comanda ferma emisa înainte cu 30-35 zile calendaristice

---