

## Creatinina

I.D.: 104121844

---

Data publicarii	11.10.24	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 89,03 RON - 89,03 RON

---

Descriere: COMPOZITIE A.Reactiv. Acid picric 25 mmol/L B.Reactiv . Hidroxid de sodiu 0.4 mol/L, detergent S.mg/dl=177  $\mu$ mol/l. Standard lichid primar Glucoza/uree/creatinina standard. Glucoza 100 mg/dl,ureea 50 mg/dl, creatinina 2 ECHIPAMENT ADITIONAL •Analizor, spectrofotometru sau fotometru cu filtru de  $500\pm 20$  nm., si cuva termostatabila la 37°C. •Baie termostata la 37 oC PROBA Ser, plasma sau urina, recoltate prin proceduri standard. CARACTERISTICI METROLOGICE •Limita de detectie: 0.03 mg/dl = 2.65  $\mu$ mol/l creatinina •Limita linearitatii: 20 mg/dl = 1768  $\mu$ mol/l creatinina. Pentru valori mai mari diluati proba 1/2 cu apa distilata si repetati masurarea •Repetabilitate ( in cadrul unei serii de masurari) Concentratie medie CV n 1.7 mg/dl=150  $\mu$ mol/l 2.9% 20 5.3mg/dl = 468  $\mu$ mol/l 1.3% 20 •Reproductibilitate( de la o serie de masurari la alta). Concentratie medie CV n 1.7 mg/dl=150  $\mu$ mol/l 3.9% 25 5.3mg/dl = 468  $\mu$ mol/l 2.9% 25 •Sensibilitate: 31 mA\*dl/mg = 0.351mA\*/ $\mu$ mol. •Veridicitate: rezultatele obtinute cu acest reactiv nu au aratat diferente sistematice prin comparatie cu reactivi de referinta(observatia 2).Detalii ale experimentelor comparative sunt disponibile la cerere. •Interferente: hemoglobina (10 g/l), bilirubina (10 mg/dl), proteine si corpi cetonici nu interfera. Lipemia (trigliceride > 2g/l) poate interfera. Concentratii mari de compusi reducatori pot interfera.Alte medicamente si substante pot interfera.4 Aceste caracteristici metrologice au fost obt

---