
Indicator biologic Abur-FIOLA cu mediu de cultura inclus B.Stearothermophilus 10 x 6/ ATCC 7953

I.D.: 43637976

Data publicarii	25.07.19	Coduri CPV	33694000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.940,00 RON - 1.940,00 RON

Descriere: Indicatori biologici Bacillus Stearothermophilus, fiole, sterilizare cu abur 121 C - 134 C. Indicatori biologici Bionova au fost special conceputi pentru a controla ciclurile de sterilizare cu abur. Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, populatie log 6;; Schimbarea culorii se face din roz la maro, incubare la 60 ± 2 ° C. Timpul de citire 24 h. Ambalare: 50 buc/cutie
