

APARATURA MEDICALA IV

I.D.: 87199317

Documente participare:

- FisaDate_DF1191165.pdf
 - Anexa la caietul de sarcini.pdf
 - Caiet de sarcini.pdf
 - Formulare si modele documente.pdf
 - Model Contract de furnizare.pdf
 - Formulare-cadru.pdf
 - DUAЕ_CERERE_240177.xml
 - Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
 - Sectiunea-VI.2-Formular-propunere-tehnica.docx
 - Sectiunea-II-Caiet-de-Sarcini-.docx
-

Data publicarii	22.09.23	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.10.23	Pretul estimativ:	554.516,00 RON - 554.516,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: denumire produs U/M cantitate LOT I 1 carucior pentru tratament si medicatie buc. 12 LOT II 1 Aparat EKG cu 12 canale buc 2 2 Sistem cu flux ridicat de aer AIRVO 2 buc 1 3 Monitor continuu non invaziv de hemoglobina buc 1 LOT III 1 Stimuator cardiac extern buc 1 LOT IV 1 Dispozitiv pentru monitorizarea igienei si decontaminarii prin detectia cantitativa a ATP buc 2

Produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini , respectiv aparatura medicala asigura Clinicii de Ortopedie si Traumatologie imbunatatirea calitatii actului medical si a confortului pacientului . carucioarele pentru tratament si medicatie sunt necesare internarii pacientilor in serviciul de recuperare zona care la acest moment nu are mobilier in dotare. Aparat EKG cu 12 canale - absolut necesar pentru consultul cardiac al pacientilor internati pentru interventii chirurgicale in vederea evitarii unor riscuri ce pot aparea pe parcursul internarii. Oportunitatea creste prin faptul ca pacientul beneficiaza pe perioada internarii de analiza EKG, acesta fiind monitorizat iar in cazul in care ar aparea eventuale modificari de ritm sinusal medicul putand interveni prompt. Cele existente in prezent in dotarea spitalului nu ofera aceasta posibilitate in desfasurarea actului medical Sistem cu flux ridicat de aer AIRVO 2 - pentru buna desfasurare a activitatii in Sectia ATI. Debitul de aer incalzit si umidificat % pot fi livrate pana la 60 L / min. Se poate controla debitul maxim si fractiunea de oxigen inspirat (FiO2) livrat de dispozitiv pentru a se potrivi cerintelor lor in zone non - critice Monitor continuu non invaziv de hemoglobina - necesar pentru supravegherea continua a hemoglobinei la pacientii cu risc crescut de sangerare si anemie postoperatorie. Este dovedit ca amelioreaza prognosticul in special la pacientii cu boala coronariana; Stimulator cardiac extern - pacemaker temporar unicameral necesar in cazurile aritmiilor; Dispozitiv pentru monitorizarea igienei si decontaminarii prin detectia cantitativa a ATP-Identifica zonele cu probleme. Identifica diferentele de performanta intre departamente, personal sau schimb.Evalueaza performanta personalului de sanatate. Gestioneaza inregistrarile in curs ale planului de testare al calitatii curateniei pentru a fi pregatit pentru audit. Stocheaza datele din toate punctele de testare. 1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. 2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analiza documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. Nota: Clarificarile transmise dupa acest termen (18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor) vor fi luate in considerare doar in masura in care autoritatea contractanta apreciaza ca formularea raspunsului la aceste solicitari este in interesul derularii in conditii bune a procedurii de atribuire.
